

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

Beta hCG : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۶۴۲	۱,۵۹۶	۲۹,۵۹۷	۳۱,۱۹۳	۳۲,۷۸۹	۳۴,۳۸۵	۳۵,۹۸۱	۳۷,۵۷۷	۳۹,۱۷۳

مقدار	تاریخ
۳۵,۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳۱,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۳۴,۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۳۰,۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۳۱,۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۳۱,۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۵,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۳۵,۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۳۴,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۳۰,۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۳۲,۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۳۰,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۳۳,۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۳۱,۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۳۴,۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۳۱,۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۳,۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳۵,۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۶,۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۳۴,۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۳۴,۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳۴,۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۳۵,۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۳۳,۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۶,۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۳۵,۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹

CV%: 5.864	SD: 1.969	Mean: 33.572
------------	-----------	--------------

