



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgG : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۱۰۳	۱۳,۶۹۹	۶۱۰,۱۷	۶۲۳,۸۶۹	۶۳۷,۵۶۸	۶۵۱,۲۶۷	۶۶۴,۹۶۶	۶۷۸,۶۶۵	۶۹۲,۳۶۴

مقدار	تاریخ
۶۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۶۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۶۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۶۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۶۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۶۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۶۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۶۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۶۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۶۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۶۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۶۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۶۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۶۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۶۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۶۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۶۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۶۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۶۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۶۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۶۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۶۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۶۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۶۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۶۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 1.809	SD: 11.527	Mean: 637.192
------------	------------	---------------

