



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Urea : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۷۵۸	۱,۶۹۵	۹۱,۳۴۸	۹۳,۰۴۳	۹۴,۷۳۸	۹۶,۴۳۳	۹۸,۱۲۸	۹۹,۸۲۳	۱۰۱,۵۱۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.107	SD: 2.046	Mean: 97.115
------------	-----------	--------------

