

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲ Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۷۲	۳,۱۱۵	۱۲۷,۷۸۸	۱۳۰,۹۰۳	۱۳۴,۰۱۸	۱۳۷,۱۳۳	۱۴۰,۲۴۸	۱۴۳,۳۶۳	۱۴۶,۴۷۸

مقدار	تاریخ
۱۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 2.243	SD: 3.043	Mean: 135.692
------------	-----------	---------------

