

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

LDH : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۳۴	۱۴,۳۱۶	۷۳۷,۶۱۹	۷۵۱,۹۳۵	۷۶۶,۲۵۱	۷۸۰,۵۶۷	۷۹۴,۸۸۳	۸۰۹,۱۹۹	۸۲۳,۵۱۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۷۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۷۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۷۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۷۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۸۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۸۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۷۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۷۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۷۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۷۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۷۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۷۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۷۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۷۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۷۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۷۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۸۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۷۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۸۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۷۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۷۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۸۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۷۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۷۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۷۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۷۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.177	SD: 16.978	Mean: 779.769
------------	------------	---------------

