

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۱۱	۱,۷۲۴	۸۹,۹۹۵	۹۱,۷۱۹	۹۳,۴۴۳	۹۵,۱۶۷	۹۶,۸۹۱	۹۸,۶۱۵	۱۰۰,۳۳۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.73	SD: 1.653	Mean: 95.577
-----------	-----------	--------------

