



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

LH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴,۷۳ | ۰,۲۱۲ | ۳,۸۵۴ | ۴,۰۶۶ | ۴,۲۷۸ | ۴,۴۹ | ۴,۷۰۲ | ۴,۹۱۴ | ۵,۱۲۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴,۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
| ۴,۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
| ۴,۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
| ۴,۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
| ۴,۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
| ۴,۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴,۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
| ۴,۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
| ۴,۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| ۴,۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
| ۴,۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
| ۴,۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
| ۴,۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
| ۴,۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
| ۴,۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
| ۴,۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴,۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
| ۴,۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
| ۴,۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
| ۴,۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
| ۴,۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
| ۴,۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| ۴,۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
| ۴,۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
| ۴,۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 4.355 | SD: 0.192 | Mean: 4.419 |
|------------|-----------|-------------|

