

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

FSH : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۱۷۷	۰,۴۹۷	۱۴,۱۶۴	۱۴,۶۶۱	۱۵,۱۵۸	۱۵,۶۵۵	۱۶,۱۵۲	۱۶,۶۴۹	۱۷,۱۴۶

مقدار	تاریخ
۱۵,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۴,۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۵,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۵,۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۵,۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۵,۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۴,۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۵,۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۵,۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۴,۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۶,۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۵,۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۵,۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۵,۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۴,۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۵,۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۵,۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۴,۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۵,۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۵,۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۵,۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۵,۶۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۴,۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۵,۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۵,۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۵,۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 3.062	SD: 0.471	Mean: 15.393
------------	-----------	--------------

