

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

Ferritin : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۰۲۴	۱,۷۱۹	۲۳,۳۷۹	۲۵,۰۹۸	۲۶,۸۱۷	۲۸,۵۳۶	۳۰,۲۵۵	۳۱,۹۷۴	۳۳,۶۹۳

مقدار	تاریخ
۲۸,۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۲۷,۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲۷,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۷,۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۲۹,۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۲۷,۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۷,۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲۹,۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۹,۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۲۷,۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۲۸,۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۲۵,۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۳۰,۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲۷,۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۲۸,۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۲۷,۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۰,۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳۱,۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۸,۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲۹,۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۲۹,۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲۷,۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲۷,۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۲۸,۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۲۶,۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲۸,۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹

CV%: 4.502	SD: 1.282	Mean: 28.488
------------	-----------	--------------

