



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

(S.G.O.T. (AST

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۰۳	۳,۶۱۴	۲۰۱,۳۵۸	۲۰۴,۹۷۲	۲۰۸,۵۸۶	۲۱۲,۲	۲۱۵,۸۱۴	۲۱۹,۴۲۸	۲۲۳,۰۴۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۲۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۲۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۲۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۲۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۲۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۲۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۲۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۲۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۲۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۲۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.087	SD: 4.448	Mean: 213.115
------------	-----------	---------------

