

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

LH : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۸۸۸	۱,۰۷۵	۱۲,۳۷۹	۱۳,۴۵۴	۱۴,۵۲۹	۱۵,۶۰۴	۱۶,۶۷۹	۱۷,۷۵۴	۱۸,۸۲۹

مقدار	تاریخ
۱۶,۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۶,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۵,۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۵,۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۶,۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۶,۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۵,۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۵,۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۵,۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۶,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۶,۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۴,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۵,۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۴,۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۴,۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۵,۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۵,۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۵,۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۵,۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۶,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۵,۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۵,۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۶,۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۴,۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۶,۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹

CV%: 5.142	SD: 0.804	Mean: 15.63
------------	-----------	-------------

