

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus-۳

عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

Beta hCG

عنوان آزمایش :

ABBOTT

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲۶۵	۲۲,۴۲۷	۴۵۸,۵۴۵	۴۸۰,۹۷۲	۵۰۳,۳۹۹	۵۲۵,۸۲۶	۵۴۸,۲۵۳	۵۷۰,۶۸	۵۹۳,۱۰۷

مقدار	تاریخ
۵۰۵,۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۵۲۶,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۵۰۳,۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۵۳۴,۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۴۸۴,۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۵۰۳,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۵۲۱,۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۵۲۵,۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۵۱۹,۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۵۲۹,۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۵۲۰,۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۵۰۳,۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۵۱۱,۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۵۲۱,۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۵۱۹,۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۴۸۵,۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۵۳۶,۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۵۳۶,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۵۴۲,۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۵۰۸,۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۵۲۹,۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۵۲۶,۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۵۲۹,۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۵۳۹,۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۵۱۹,۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۵۳۳,۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹

CV%: 2.944	SD: 15.304	Mean: 519.914
------------	------------	---------------

