



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

(Mg (Magnesium
Olympus-C

عنوان آزمایش :
عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۳۶۳	۰,۱۵۶	۳,۱۰۷	۳,۲۶۳	۳,۴۱۹	۳,۵۷۵	۳,۷۳۱	۳,۸۸۷	۴,۰۴۳

مقدار	تاریخ
۳,۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۳,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۳,۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳,۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۳,۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۳,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۳,۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۳,۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۳,۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۳,۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۳,۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۳,۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۳,۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۳,۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۳,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۳,۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۳,۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۳,۵۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳,۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳,۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۳,۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۳,۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳,۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۳,۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۳,۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳,۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 2.923	SD: 0.109	Mean: 3.726
------------	-----------	-------------

