

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : BioRAD2  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

عنوان آزمایش : HDL Cholesterol  
عنوان دستگاه: Olympus-C

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۶۹۳	۰,۸۰۹	۲۷,۶۰۶	۲۸,۴۱۵	۲۹,۲۲۴	۳۰,۰۳۳	۳۰,۸۴۲	۳۱,۶۵۱	۳۲,۴۶

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 3.108	SD: 0.935	Mean: 30.077
------------	-----------	--------------

