



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Albumin
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۹۲	۰,۰۶۲	۳,۹۶۳	۴,۰۲۵	۴,۰۸۷	۴,۱۴۹	۴,۲۱۱	۴,۲۷۳	۴,۳۳۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۴,۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۴,۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۴,۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۴,۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۴,۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۴,۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴,۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۴,۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۴,۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۴,۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۴,۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۴,۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۴,۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۴,۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۴,۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۴,۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۴,۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۴,۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۴,۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۴,۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۴,۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۴,۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۴,۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۴,۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.941	SD: 0.081	Mean: 4.149
------------	-----------	-------------

