



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۱۱	۳,۵۷۵	۱۵۸,۶۰۸	۱۶۲,۱۸۳	۱۶۵,۷۵۸	۱۶۹,۳۳۳	۱۷۲,۹۰۸	۱۷۶,۴۸۳	۱۸۰,۰۵۸

مقدار	تاریخ
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 1.848	SD: 3.114	Mean: 168.5
------------	-----------	-------------

