

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



Multi IA Plus 2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

Ferritin : عنوان آزمایش :  
Abbott : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۰

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۹۰۱	۷,۸۰۳	۱۳۵,۸۲۵	۱۴۳,۶۲۸	۱۵۱,۴۳۱	۱۵۹,۲۳۴	۱۶۷,۰۳۷	۱۷۴,۸۴	۱۸۲,۶۴۳

مقدار	تاریخ
۱۵۹,۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۴۸,۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۵۳,۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۴۰,۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۶۳,۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۵۵,۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۵۶,۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۶۰,۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۵۴,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۵۶,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۶۷,۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۶۱,۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۶۶,۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۶۶,۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۶۱,۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۳۶,۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۵۹,۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۶۱,۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۵۷,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۶۴,۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۶۱,۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۴۹,۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۶۱,۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۵۹,۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۶۱,۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۵۸,۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹

CV%: 4.659	SD: 7.354	Mean: 157.836
------------	-----------	---------------

