

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

T3 : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۶۰۱	۰,۰۷۶	۱,۱۳۱	۱,۲۰۷	۱,۲۸۳	۱,۳۵۹	۱,۴۳۵	۱,۵۱۱	۱,۵۸۷

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۱,۴۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۱,۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۱,۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۱,۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۱,۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۱,۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷

مقدار	تاریخ
۱,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱,۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱,۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱,۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱,۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱,۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱,۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱,۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷

CV%: 3.61	SD: 0.049	Mean: 1.359
-----------	-----------	-------------

