

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (Ca (Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۱۴	۰,۱۸	۱۲,۱۸۳	۱۲,۳۶۳	۱۲,۵۴۳	۱۲,۷۲۳	۱۲,۹۰۳	۱۳,۰۸۳	۱۳,۲۶۳

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۲,۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۲,۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۲,۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۲,۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۲,۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۲,۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۲,۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۲,۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.315	SD: 0.167	Mean: 12.69
------------	-----------	-------------

