

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



MULTI IA PLUS 3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

T4 : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۰۹	۰,۵۶۴	۱۱,۱۰۴	۱۱,۶۶۸	۱۲,۲۳۲	۱۲,۷۹۶	۱۳,۳۶	۱۳,۹۲۴	۱۴,۴۸۸

مقدار	تاریخ
۱۱,۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۲,۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۲,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۲,۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۱,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۱,۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۳,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۲,۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۲,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۲,۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱۲,۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۲,۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۲,۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۲,۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲,۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۳,۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۲,۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۲,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۲,۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۲,۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۲,۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۱,۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۳,۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹

CV%: 4.626	SD: 0.581	Mean: 12.563
------------	-----------	--------------

