



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (Ca (Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۰۶	۰,۱۱۶	۹,۲۴	۹,۳۵۶	۹,۴۷۲	۹,۵۸۸	۹,۷۰۴	۹,۸۲	۹,۹۳۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۹,۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۹,۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۹,۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۹,۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۹,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۹,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۹,۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۹,۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۹,۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۹,۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۹,۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۹,۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۹,۵۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۹,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۹,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۹,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۹,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۹,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۹,۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۹,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۹,۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۹,۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۹,۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۹,۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۹,۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۹,۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.181	SD: 0.114	Mean: 9.647
------------	-----------	-------------

