



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Amylase : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۷۹	۶,۹۱۴	۳۹۰,۹۵۸	۳۹۷,۸۷۲	۴۰۴,۷۸۶	۴۱۱,۷	۴۱۸,۶۱۴	۴۲۵,۵۲۸	۴۳۲,۴۴۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۴۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۴۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۴۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۴۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۴۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۴۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۴۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۴۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۴۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۴۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۴۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۳۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۴۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۴۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۴۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۴۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۴۰۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۴۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۴۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۴۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۴۱۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۴۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۴۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.983	SD: 8.155	Mean: 411.231
------------	-----------	---------------

