

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Albumin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۵۷	۰,۰۴۶	۲,۶۴۶	۲,۶۹۲	۲,۷۳۸	۲,۷۸۴	۲,۸۳	۲,۸۷۶	۲,۹۲۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۲,۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۲,۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲,۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۲,۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۲,۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۲,۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۲,۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲,۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲,۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۲,۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۲,۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲,۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲,۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۲,۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲,۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲,۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۲,۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۲,۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲,۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۲,۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۲,۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.963	SD: 0.055	Mean: 2.793
------------	-----------	-------------

