



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgM

: عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۹۱۳	۱,۰۵۶	۵۲,۰۴۵	۵۳,۱۰۱	۵۴,۱۵۷	۵۵,۲۱۳	۵۶,۲۶۹	۵۷,۳۲۵	۵۸,۳۸۱

مقدار	تاریخ
۵۴,۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۵۴,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۵۳,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۵۳,۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۵۶,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۵۴,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۵۵,۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۵۴,۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۵۳,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۵,۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۵۳,۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۵۳,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۵۴,۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 2.461	SD: 1.359	Mean: 55.2
------------	-----------	------------

