

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Alkaline Phosphatase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۴۱	۴,۱۳	۱۷۱,۹۴۳	۱۷۶,۰۷۳	۱۸۰,۲۰۳	۱۸۴,۳۳۳	۱۸۸,۴۶۳	۱۹۲,۵۹۳	۱۹۶,۷۲۳

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.415	SD: 4.496	Mean: 186.154
------------	-----------	---------------

