



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

عنوان آزمایش: (P (Phosphorus

Olympus-C : عنوان دستگاه:

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۹۹	۰,۰۴۵	۳,۳۳۸	۳,۳۸۳	۳,۴۲۸	۳,۴۷۳	۳,۵۱۸	۳,۵۶۳	۳,۶۰۸

مقدار	تاریخ
۳,۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۳,۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۳,۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳,۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۳,۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۳,۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۳,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۳,۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۳,۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۳,۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۳,۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۳,۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۳,۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۳,۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۳,۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۳,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۳,۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۳,۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳,۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳,۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۳,۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۳,۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳,۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۳,۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۳,۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳,۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 1.692	SD: 0.059	Mean: 3.477
------------	-----------	-------------

