



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

عنوان آزمایش: (S.G.P.T. (ALT
عنوان دستگاه: Olympus-C

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۷۲	۰,۷۲۸	۲۴,۵۸۳	۲۵,۳۱۱	۲۶,۰۳۹	۲۶,۷۶۷	۲۷,۴۹۵	۲۸,۲۲۳	۲۸,۹۵۱

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.772	SD: 0.748	Mean: 27
------------	-----------	----------

