

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

T4 : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۹۴۲	۰,۳۱۵	۵,۴۳۴	۵,۷۴۹	۶,۰۶۴	۶,۳۷۹	۶,۶۹۴	۷,۰۰۹	۷,۳۲۴

مقدار	تاریخ
۵,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۶,۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۶,۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۶,۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۶,۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۶,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۶,۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۶,۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۶,۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۶,۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۶,۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۶,۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۶,۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۶,۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۶,۰۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۷,۰۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۵,۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۶,۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶,۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۶,۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۶,۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۶,۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۶,۰۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۶,۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۶,۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۶,۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹

CV%: 4.519	SD: 0.285	Mean: 6.297
------------	-----------	-------------

