



عنوان کنترل : BioRAD1  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : LDH  
عنوان دستگاه : Olympus-C  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۹۰۴	۶,۳۶۴	۳۱۵,۲۴۱	۳۲۱,۶۰۵	۳۲۷,۹۶۹	۳۳۴,۳۳۳	۳۴۰,۶۹۷	۳۴۷,۰۶۱	۳۵۳,۴۲۵

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۳۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۳۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۳۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۳۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۳۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۳۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۳۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۳۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۳۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۳۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۳۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۳۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۳۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۳۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۳۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۳۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.291	SD: 7.673	Mean: 335
------------	-----------	-----------

