

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : BioRAD2  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Transferrin  
عنوان دستگاه : Olympus-C  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

| %CV   | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN    | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۳۱۵ | ۲,۲۸۷ | ۱۶۷,۰۲۲           | ۱۶۹,۳۰۹           | ۱۷۱,۵۹۶           | ۱۷۳,۸۸۳ | ۱۷۶,۱۷          | ۱۷۸,۴۵۷         | ۱۸۰,۷۴۴         |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۶۸,۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
| ۱۷۶   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
| ۱۷۴   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
| ۱۷۱   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
| ۱۷۱   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
| ۱۶۹   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
| ۱۷۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
| ۱۷۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۷۳,۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
| ۱۷۱   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
| ۱۷۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
| ۱۷۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| ۱۷۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
| ۱۷۳   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
| ۱۷۴,۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
| ۱۷۷   | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
| ۱۷۳   | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۱۷۲,۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
| ۱۷۱   | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
| ۱۷۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
| ۱۷۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
| ۱۷۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
| ۱۷۰   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| ۱۷۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
| ۱۷۴   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
| ۱۷۲   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |

|            |           |               |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 1.213 | SD: 2.085 | Mean: 171.877 |
|------------|-----------|---------------|

