



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

(S.G.O.T. (AST

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۴۱	۰,۵۶۸	۳۷,۷۲۹	۳۸,۲۹۷	۳۸,۸۶۵	۳۹,۴۳۳	۴۰,۰۰۱	۴۰,۵۶۹	۴۱,۱۳۷

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.641	SD: 0.648	Mean: 39.5
------------	-----------	------------

