

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۱/۱۲:

سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

Hydroxy Vitamin D3-۲۵ : عنوان آزمایش :
Abbott : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۸۴	۰,۶۷۸	۱۶,۳۵۹	۱۷,۰۳۷	۱۷,۷۱۵	۱۸,۳۹۳	۱۹,۰۷۱	۱۹,۷۴۹	۲۰,۴۲۷

مقدار	تاریخ
۱۷,۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۷,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲۰,۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۸,۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۸,۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۹,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۸,۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۸,۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۹,۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۲۰,۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۹,۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۲۰,۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۸,۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۸,۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۸,۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۷,۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۸,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۸,۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۹,۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۸,۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۹,۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹

CV%: 4.302	SD: 0.816	Mean: 18.965
------------	-----------	--------------

