



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Urea : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۵۸	۰,۸۹۸	۳۱,۰۷۳	۳۱,۹۷۱	۳۲,۸۶۹	۳۳,۷۶۷	۳۴,۶۶۵	۳۵,۵۶۳	۳۶,۴۶۱

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 3.277	SD: 1.113	Mean: 33.962
------------	-----------	--------------

