

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : BioRAD2
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان آزمایش : Direct Bilirubin
عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۲۵	۰,۰۱۲	۱,۱۵۹	۱,۱۷۱	۱,۱۸۳	۱,۱۹۵	۱,۲۰۷	۱,۲۱۹	۱,۲۳۱

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱,۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱,۱۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱,۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱,۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱,۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱,۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱,۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱,۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱,۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱,۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱,۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱,۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱,۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱,۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱,۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱,۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱,۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱,۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.501	SD: 0.018	Mean: 1.188
------------	-----------	-------------

