



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Direct Bilirubin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۴۹	۰,۰۰۶	۰,۳۶۶	۰,۳۷۲	۰,۳۷۸	۰,۳۸۴	۰,۳۹	۰,۳۹۶	۰,۴۰۲

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۰,۳۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۰,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۰,۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 1.397	SD: 0.005	Mean: 0.385
------------	-----------	-------------

