

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۹۷	۳,۰۹۲	۱۸۴,۳۲۴	۱۸۷,۴۱۶	۱۹۰,۵۰۸	۱۹۳,۶	۱۹۶,۶۹۲	۱۹۹,۷۸۴	۲۰۲,۸۷۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۲۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۱۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.031	SD: 3.936	Mean: 193.846
------------	-----------	---------------

