



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

عنوان آزمایش: ( P ( Phosphorus

Olympus-C : عنوان دستگاه:

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۳۹	۰,۱۰۶	۶,۵۴۲	۶,۶۴۸	۶,۷۵۴	۶,۸۶	۶,۹۶۶	۷,۰۷۲	۷,۱۷۸

مقدار	تاریخ
۶,۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۶,۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۶,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۶,۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۶,۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۶,۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۶,۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۶,۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۶,۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۶,۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۶,۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۷,۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۶,۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۶,۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۶,۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۶,۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶,۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۶,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۶,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۶,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۶,۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 1.915	SD: 0.131	Mean: 6.855
------------	-----------	-------------

