

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Gamma Glutamyl Transferase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۴۸	۰,۷۴۷	۵۷,۵۹۲	۵۸,۳۳۹	۵۹,۰۸۶	۵۹,۸۳۳	۶۰,۵۸	۶۱,۳۲۷	۶۲,۰۷۴

مقدار	تاریخ
۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۵۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 1.664	SD: 0.999	Mean: 60.038
------------	-----------	--------------

