



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

HDL Cholesterol : عنوان آزمایش :

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۳۶۳	۲,۳۷۳	۶۳,۴۴۸	۶۵,۸۲۱	۶۸,۱۹۴	۷۰,۵۶۷	۷۲,۹۴	۷۵,۳۱۳	۷۷,۶۸۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 4.176	SD: 2.943	Mean: 70.462
------------	-----------	--------------

