

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۰۲۸ | ۲,۸۹۳ | ۱۳۳,۹۸۸ | ۱۳۶,۸۸۱ | ۱۳۹,۷۷۴ | ۱۴۲,۶۶۷ | ۱۴۵,۵۶ | ۱۴۸,۴۵۳ | ۱۵۱,۳۴۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
| ۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
| ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
| ۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
| ۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
| ۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
| ۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
| ۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
| ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
| ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
| ۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
| . | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
| . | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
| ۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
| ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
| ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
| ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
| ۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| ۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
| ۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
| ۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
| ۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
| ۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
| ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
| ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
| ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |

| | | |
|------------|-----------|---------------|
| CV%: 2.104 | SD: 3.021 | Mean: 143.615 |
|------------|-----------|---------------|

