

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

( Mg ( Magnesium  
Olympus-C

عنوان آزمایش :  
عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۱۶۸	۰,۰۴۲	۱,۸۱۸	۱,۸۶	۱,۹۰۲	۱,۹۴۴	۱,۹۸۶	۲,۰۲۸	۲,۰۷

مقدار	تاریخ
۱,۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۲,۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱,۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱,۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱,۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱,۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱,۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱,۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱,۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
۱,۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱,۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰

مقدار	تاریخ
۱,۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱,۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱,۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱,۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱,۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱,۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸

CV%: 2.514	SD: 0.049	Mean: 1.942
------------	-----------	-------------

