

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۰۲۹	۹,۳۲	۴۳۱,۴۴	۴۴۰,۷۶	۴۵۰,۰۸	۴۵۹,۴	۴۶۸,۷۲	۴۷۸,۰۴	۴۸۷,۳۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
.	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۴۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۴۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۴۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۴۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۴۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۴۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۴۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۴۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۴۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۴۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۴۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
.	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۴۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۴۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۴۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۴۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۴۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۴۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۴۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۴۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۴۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۴۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۴۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۴۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۴۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۴۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۴۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 2.002	SD: 9.24	Mean: 461.5
------------	----------	-------------

