

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۹۸۸	۰,۰۵۵	۱,۲۲۲	۱,۲۷۷	۱,۳۳۲	۱,۳۸۷	۱,۴۴۲	۱,۴۹۷	۱,۵۵۲

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۹
۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۶
۱,۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۹
۱,۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱,۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۳
۱,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۱,۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۶
۱,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱,۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۱,۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱,۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱,۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱,۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲
۱,۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱,۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۱,۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۷
۱,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۱,۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۱,۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۱,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱,۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۳
۱,۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
۱,۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵

CV%: 3.407	SD: 0.046	Mean: 1.357
------------	-----------	-------------

