



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Albumin
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۵۹۹ | ۰,۰۶۶ | ۳,۹۲۳ | ۳,۹۸۹ | ۴,۰۵۵ | ۴,۱۲۱ | ۴,۱۸۷ | ۴,۲۵۳ | ۴,۳۱۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴,۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
| ۳,۹۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
| ۴,۰۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
| ۴,۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
| ۴,۰۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
| ۴,۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
| ۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴,۰۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
| ۴,۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
| ۴,۰۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
| ۴,۰۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
| ۴,۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
| ۴,۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
| ۴,۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
| ۴,۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
| ۴,۰۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
| ۴,۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
| ۴,۰۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
| ۴,۰۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 1.431 | SD: 0.058 | Mean: 4.089 |
|------------|-----------|-------------|

