



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

Total Cholesterol

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۱۴۵	۱,۱۵۵	۹۷,۴۳۵	۹۸,۵۹	۹۹,۷۴۵	۱۰۰,۹	۱۰۲,۰۵۵	۱۰۳,۲۱	۱۰۴,۳۶۵

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.251	SD: 1.249	Mean: 99.833
------------	-----------	--------------

