



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : ( Ca ( Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۷۲	۰,۱۷۴	۱۲,۱۶۳	۱۲,۳۳۷	۱۲,۵۱۱	۱۲,۶۸۵	۱۲,۸۵۹	۱۳,۰۳۳	۱۳,۲۰۷

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱۲,۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۱۲,۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۲,۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۲,۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۱۲,۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۱۲,۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱۲,۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱۲,۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱۲,۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱۲,۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۱۳,۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۲,۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱۲,۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۱۲,۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۱۲,۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۱۲,۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳

CV%: 1.292	SD: 0.165	Mean: 12.794
------------	-----------	--------------

