

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Transferrin
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۰۸	۲,۷۸۲	۲۴۲,۷۸۴	۲۴۵,۵۶۶	۲۴۸,۳۴۸	۲۵۱,۱۳	۲۵۳,۹۱۲	۲۵۶,۶۹۴	۲۵۹,۴۷۶

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۵۳,۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۲۵۵,۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۲۵۴,۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲۵۰,۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۲۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۲۵۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۲۵۳,۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۲۵۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۲۵۲,۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲۴۹,۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۲۵۰,۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۲۵۷,۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۲۵۳,۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۲۵۰,۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲۵۰,۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.004	SD: 2.538	Mean: 252.706
------------	-----------	---------------

