



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (Ca (Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۰۴	۰,۱۰۶	۹,۲۹	۹,۳۹۶	۹,۵۰۲	۹,۶۰۸	۹,۷۱۴	۹,۸۲	۹,۹۲۶

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۹,۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۹,۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۹,۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۹,۵۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۹,۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۹,۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۹,۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۹,۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۹,۵۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۹,۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۹,۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۹,۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۹,۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۹,۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۹,۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۹,۵۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۳

CV%: 1.228	SD: 0.118	Mean: 9.579
------------	-----------	-------------

