

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose : عنوان آزمایش :

Olympus-C

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۱۶	۳,۹۸۲	۲۶۹,۳۲۱	۲۷۳,۳۰۳	۲۷۷,۲۸۵	۲۸۱,۲۶۷	۲۸۵,۲۴۹	۲۸۹,۲۳۱	۲۹۳,۲۱۳

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
.	۱۳۹۹/۰۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۳
۲۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۲۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۲۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۲۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
.	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
.	۱۳۹۹/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۲۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۲۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۲۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۲۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۲۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۲۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۲۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۲۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰

CV%: 1.858	SD: 5.202	Mean: 280
------------	-----------	-----------

