



عنوان کنترل : BioRAD1
شروع کنترل
۱۳۹۸/۰۷/۰۱:

عنوان آزمایش : (Mg (Magnesium
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۲,۳۷۸	۰,۰۴۷	۱,۸۳۲	۱,۸۷۹	۱,۹۷۳	۲,۰۲	۲,۰۶۷	۲,۱۱۴

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۸
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷
۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۴
۱,۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
۲,۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۱,۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۲,۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۴
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۲,۰۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۵
۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶
۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۷
۱,۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹
۱,۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۱,۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱
۱,۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۴
۱,۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱,۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۷
۱,۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸
۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۹
۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۱,۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳

CV%: 2.572	SD: 0.051	Mean: 1.975
------------	-----------	-------------

